


遠心試料の取り付け方法

遠心試料の取り付け方法

① チューブ装着穴に水滴や異物がないことを確認する。

② バランスをとった遠心試料をロータの回転軸に対して対称の位置に取り付ける。

正しい遠心チューブの取り付け方



③ 試料の取り扱いには、充分ご注意ください。

本体は防爆対策を施していません。発火点の低い試料は、取り扱いに充分注意し、絶対に本機や遠心濃縮室内にこぼさないでください。