

NA-7(スタンダードロータ)


適用遠心機		最高回転数	最大遠心加速度
A)	Suprema25	25,000 rpm	60,110 × G
B)	Suprema23	23,000 rpm	50,870 × G
C)	Suprema21	21,000 rpm	42,410 × G

チューブ穴角度 : 27 deg

最大半径(Rmax) : 86 mm

最小半径(Rmin) : 27 mm

ロータ容量 : 38 ml チューブ × 8本



NA-7 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数※1 [rpm]	最大遠心 加速度※1 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材 質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
38	NAL	3110-0380	25.4 × 89.1	PPCO	R	50,000	1	26	8	A) 22,800 B) 22,800 C) 21,000	A) 49,990 (86) B) 49,990 (86) C) 42,410 (86)	適用キャップ 3111-0025
38	NAL	3117-0380	25.5 × 89.4	PC	R	50,000				A) 25,000 B) 23,000 C) 21,000	A) 60,110 (86) B) 50,870 (86) C) 42,410 (86)	

※1 許容回転数、最大遠心加速度は、適用機種ごとの表記